

云南医药健康职业学院眼视光综合实验室（定配实验区）仪器采购 竞争性谈判文件

现就以下采购项目，本着公开、公平、公正和诚实信用的原则进行公开竞争性采购，诚邀符合条件的公司或供应商前来参与报价。

一、邀请报价

序号	设备名称	参考规格参数	数量	单价	金额
1	焦度计	带热敏打印机 测量参数： 球镜：-25.00D~+25.00D (步长：0.01/0.06/0.12/0.25D) 柱镜：-10.00D~+10.00D (步长：0.01/0.06/0.12/0.25D) 轴位：0°~180° (步长：1°) 下加光：0.00D~+10.00D (步长：0.01/0.06/0.12/0.25D) 棱镜度数：0~20△ 可测镜片直径：Φ10mm~Φ119mm 柱镜测量模式：混合 / +/- 棱镜测量模式：X - Y (直角坐标) , P - R (极坐标)	2		
2	全自动磨边机	光学扫描：全自动三位光学扫描，自动获取衬片、衬板、镜片的形状， 定中心：能几乎满足所有类型镜片定中心十字 形状修改：支持模版缩放、修形 镜片材料镜片扫描：支持 PLA 、 PC 、 HI 材料的镜片，特殊镜片：膜层可采用自定义加工模式提高加工精度： 镜片扫描：镜片 3D 动态扫描 尖边加工：3D 预览手动模式可调整尖边位置 开槽加工：可设置开槽深度和宽度 抛光加工：平边抛光 加工最小尺寸：平边 17.5mm, 尖边 19.1mm, 开槽 18.5mm (根据吸盘) 倒边 21mm 最大加工尺寸：80mm	1		
3	角膜曲率计	适用于角膜曲率半径范围： 5.5-11mm 最小间隔读数 0.01mm 角膜屈光度 31D-61D 最小间隔读数 0.125D 角膜散光轴 0 to 180 最小读数 1 屈光度调节度数 0 ~± 5dptr.	2		
4	抛光机	适用镜片：CR-39/塑料/PC/玻璃等 定时器：1-5 分钟 抛光轮尺寸：最大直径：110mm；厚度：10mm	2		
5	眼镜整形钳套装	含常用整形钳子与螺丝刀	2		

6	开槽机	1. 适合于各种常见镜片; 2. 开槽深度、位置自由调节; 3. 可调槽的深度:从 0 至 0.7cm; 4. 适合各种大小镜片及窄长形镜片开槽; 5. 镜片厚度:从 1.5 至 11mm; 6. 镜片直径:从 18 到 70cm。	2		
7	打孔机	适用镜片: 树脂、PC 镜片等常见镜片 双向打孔	2		
8	镜片定位仪	可在镜片留有明显标记	2		
9	配件包	至少包括以下清单 1. 电脑验光仪打印纸 2. 电脑验光仪下巴纸 3. 鼻托螺丝 4. 镜腿螺丝 5. 镜腿螺丝 6. 镜腿内侧螺丝 7. 鼻托 8. 无框平垫片 9. 无框塑料螺帽 10. 双胶塞 11. 常用鼻托 12. 半框彩带 13. 垫丝 14. 防滑套 15. 笔灯 16. 指挥棒 17. 镊子 18. 鱼丝钩 19. 螺丝刀 20. 锥子 21. 眼罩 22. 遮掩棒 23. 大镜布 24. 眼镜防滑绳 25. 过敏套 26. 近用视力表 27. 瞳距尺	1		
10	自动倒角机	常用玻璃、树脂常见镜片加工。 1. 供排水方便; 2. 粗磨、细磨、槽磨组合的砂轮;	1		
11	超声清洁器	配套镜夹, 防止碎片, 方便拿取; 实时显示护理状态, 一键操作, 清除蛋白沉淀	3		
12	弧度仪及其配件	材质: 不锈钢	2		

13	瞳距仪	具有自校准功能。 有效测量范围;双眼瞳距 45mm~82mm 单眼瞳距: 22. 5mm~41mm 瞳距仪测量范围: ∞ ~30cm 示值误差的绝对值: ≤ 0.05 不对称性误差的绝对值: ≤ 0.05 舍入误差的绝对值: ≤ 0.05 最小读数间隔: ≤ 0.05	5		
14	角膜地形图仪（带电脑和打印机）	测量覆盖范围: 0. 25mm~11mm (直径) 测量曲率半径范围: 6. 35mm~9. 53mm; 屈光范围: 33. 75D~61. 36D 标定球: R7. 9375mm \pm 0. 001mm 可显示轴向曲率图, 切向曲率图, 高度图, 模拟角膜镜图及角膜 3D 图 *带有角膜接触镜适配功能 打印机: 彩打喷墨, 普通 A4 纸, 自动双面 电脑: CPU: I5 及以上, 64 位系统, 运行 4G 以上, 内存 256/512 及以上	1		
	合计				

说明:

1. 报价包含: 人工费、安装费、运输费、管理费、风险费、材料费、税费等一切费用。
2. 报价人须提供详细的价格组成明细。
3. 付款方式: 验收合格后, 一次性支付至合同总金额的 95%; 留质保金 5%, 质保期满一年后支付。
4. 质保期____年, 到货及安装周期____日历天。

二、报价方式: 竞价谈判

三、合格竞谈方的要求

1. 营业执照要求:

报价人须具备经国家市场监督管理部门登记注册的独立企业（事业）法人或其它组织或自然人，必须具备有效的营业执照。

2. 财务状况要求:

报价人财务状况良好, 提供近三年的审计报告及审计过的财务报表, 并加盖公司公章。

3. 信用要求:

未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单的报价人（以在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询的信用记录为准）；未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的报价人（以在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询的信用记录为准）。需附网站查询截屏, 截屏时间必须在公告发出日到响应文件递交日的期间内。

4. 竞谈文件附件清单如下:

包含但不限于以下材料, 均应加盖公章。商务部分和技术部分分开装订、分别进行密封, 技术部分不得体现报价。商务部分, 技术部分的首页均需制作目录:

（1）技术部分（独立封装）

1. 产品品牌及详细参数、方案、到货及安装周期、质保期

2. 公司近两年业绩介绍，附中标通知或合同
3. 无不良记录承诺书
4. 近三年的审计报告及审计过的财务报表/个体工商户必须提供财务承诺函、依法纳税或缴纳社保的承诺函
5. 近三年（12月份）增值税完税证明
6. 售后服务承诺书、质量保证承诺书

（2）商务部分（独立封装）

1. 报价一览表	2. 分项报价表
3. 法定代表人资格证明书	4. 法定代表人授权委托书件
5. 资质证明文件	5. 报价人基本情况表

（3）竟谈文件请同时提供：纸质版一式四份（一正三副）、电子版一份（U盘）装入密封文件袋并在文件袋上标注联系人电话。竟谈文件须用封套加以密封，在封口处盖骑缝公章。商务部分和技术部分分开装订、分别进行密封，技术部分不得体现报价。

（4）未执行上述规定的竟谈文件，将被视为无效竟谈文件。

（5）本公司保留第一次评审后，根据实际情况有可能进行补充询价及二次评审的权利。

四、其他说明

1. 本谈判文件提出的各个参数仅作参考，不作为本次采购的唯一参数，在同等级的情况下，优先考虑报价低的公司。

2. 参与竞价的公司可提供等效替代品，条件是满足或正偏离需求产品的功能、性能要求，且价格不得高于原需求产品。

3. 为保证竞价谈判质量，请参与竞价的公司技术人员和商务人员同时到场参加谈判。

4. 本项目代理服务费由中标人支付。收费标准：参照“国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格〔2002〕1980号）”与“国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知（发改办价格〔2003〕857号）”的要求及规定的货物类标准计算后向中标单位收取代理服务费。

五、竟谈文件投递信息和评审信息

1. 竟谈文件投递信息

（1）文件递交截止时间：2024年12月5日下午15:00；（可提前提交）

（2）文件递交地点：云南省昆明市五华区海屯路296号，云南医药健康职业学院（海源校区）综合楼8楼。

2. 评审信息

(1) 竞谈评审时间: 2024 年 12 月 6 日上午 9:30;

(2) 竞谈评审地点: 云南省昆明市五华区海屯路 296 号, 云南医药健康职业学院(海源校区)综合楼 8 楼会议室。

3. 联系方式

(1) 项目负责人: 杨老师 13769491020。

(2) 采购单位联系电话: 杨老师 15368090913。

(3) 招标代理联系电话: 赵老师 0871-68330090/13759137326。

(4) 监审联系电话: 王老师 13888969813。

采购单位: 云南翰文教育投资集团有限公司

招标代理机构: 云南景通招标代理有限公司

2024 年 11 月 28 日